

肇庆市端州区人民医院医疗设备

# 谈判文件

项目编号：GDZJ-ZX21052

(确定稿)

采购人：肇庆市端州区人民医院

采购代理机构：广东肇建招标有限公司

发布日期：2021年10月15日

# 目 录

第一篇 报价邀请书.....	2
第二篇 报价人须知.....	4
第三篇 用户需求书.....	14
第四篇 合同条款（参考文本） .....	21
第五篇 报价文件格式.....	27
附 件：评审工作大纲.....	52

## 第一篇 报价邀请书

1、本次采购为采购人实施自主采购,广东肇建招标有限公司(以下简称“采购代理机构”)受肇庆市端州区人民医院(以下简称“采购人”)的委托,对肇庆市端州区人民医院医疗设备(项目编号:GDZJ-ZX21052)采用竞争性谈判的采购方式,邀请合格报价人就本项目所需采购的相关货物和服务提交密封报价。有此报价意向的合格报价人可从以下内容得到进一步的信息和查看谈判文件。

2、兹邀请合格报价人就下列内容提交密封报价文件(具体要求详见“第三篇.用户需求书”):

项目内容	数量	交货期	质保期	最高限价
肇庆市端州区人民医院医疗设备	1项	合同签订后30天内完成交付	一年	¥560,000.00元 (大写:人民币伍拾陆万元整)

备注:

- 1) 本项目为一个整体,报价人必须对本项目整体进行投标,不能只对其中部分内容进行投标,且要提供详细的技术资料。
- 2) 本项目设有最高投标限价,报价人的报价不能高于该限价,否则视为非响应性投标,将作无效投标处理;
- 3) 本项目为交钥匙项目,包括供货、安装、调试、培训等工作,直至验收合格交付采购人正常使用。

3、合格报价人指:

(1) 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:

- 1) 营业执照或其他法人证书(须加载有“统一社会信用代码”)复印件(适用于法人或其他组织),自然人的身份证复印件(适用于自然人)。
- 2) 2020年财务状况报告(新成立单位可提供成立至今的月或季度财务状况报告或财务报表复印件)或基本开户行出具的资信证明。
- 3) 投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料。
- 4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件【填写谈判文件格式:资格声明书】。
- 5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件【填写谈判文件格式:资格声明书】。
- 6) 符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明【填写谈判文件格式:资格声明书】。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)投标【填写谈判文件格式:资格声明书】。

(3) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标【填写谈判文件格式:资格声明书】。

(4) 报价人未被列入“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>)“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”及“中国执行信息网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/>)“失信被执行人名单”;不处于中国政府采购网

(<https://www.cccp.gov.cn>)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间, 否则拒绝其参与政府采购活动(相关失信记录已失效、处罚期限届满的除外)。报价人需提供上述三个网站的网页查询结果作为证明材料。【采购人、采购代理机构将于投标截止日当天在上述渠道复查报价人的信用记录, 若报价人自查结果与采购人或采购代理机构复查结果不一致, 将以复查结果为准】。

(5) 已登记报名并获取本项目谈判文件。

(6) 本项目不接受联合体投标。

(7) 报价人具有有效的医疗器械生产(或经营)企业许可证或备案凭证(适用于纳入第二类医疗器械管理的产品)。

(8) 报价人所投货物必须满足条件: 报价人所投设备如属医疗设备, 必须提供所投设备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件(加盖报价人公章)。

4、文件公示时间: 自采购公告发布之日起三个工作日。

5、谈判文件将对符合要求的报价人发售, 发售时间为 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 20 日, 上午 9:00 时至 12:00 时; 下午 2:30 时至 5:30 时(北京时间, 节假日除外), 到广东肇建招标有限公司(详细地址: 肇庆市端州三路南侧 16 号星城广场金融中心 814 室)洽购谈判文件。谈判文件售价每套人民币¥200.00 元(大写: 人民币贰佰元整), 售后不退。

6、购买谈判文件时须提供与下列原件一致资料复印件并加盖报价人公章(对符合要求的潜在报价人发售谈判文件):

- 1) 营业执照或其他法人证书(须加载有“统一社会信用代码”)复印件(适用于法人或其他组织), 自然人的身份证复印件(适用于自然人);
- 2) 报价人法定代表人证明书及身份证复印件、法定代表人授权书原件及身份证复印件(可参照谈判文件第五篇报价文件格式)。

本项目不接受其他方式的报名和获取谈判文件。仅接受通过以上方式获取谈判文件的供应商报价。

7、报价文件于 2021 年 10 月 21 日下午 2:30 ~3:00 时(北京时间)时间段内递交到谈判地点。采购代理机构只接受在谈判文件截止递交当日由报价人法定代表人或其授权代表亲自递交的报价文件。电报、传真形式的报价概不接受。

8、兹定于 2021 年 10 月 21 日下午 3:00 时(北京时间)在下述地点谈判。届时请报价人的授权代表出席谈判会。

**接收报价文件和谈判地点: 广东肇建招标有限公司会议室(详细地址: 肇庆市端州三路南侧 16 号星城广场金融中心 814 室)**

9、本项目采购人、采购代理机构联系方式:

a. 采购人: 肇庆市端州区人民医院

联系人: 梁先生 联系电话: 0758-2293030

b. 采购代理机构: 广东肇建招标有限公司

项目联系人: 林女士 电话: 0758-2323822 传真: 0758-2235788

联系地址: 肇庆市端州三路南侧 16 号星城广场金融中心 814 室

肇庆市端州区人民医院  
广东肇建招标有限公司  
2021 年 10 月 15 日

## 第二篇 报价人须知

### 目录

#### 一、总则

- 1 说明
- 2 合格报价人
- 3 报价费用

#### 二、谈判文件

- 4 谈判文件的构成
- 5 谈判文件的澄清
- 6 谈判文件的修改、补充和澄清

#### 三、报价文件的编制

- 7 报价语言及度量衡单位
- 8 报价文件的组成
- 9 报价
- 10 报价保证金
- 11 报价有效期
- 12 报价文件的式样和签署

#### 四、报价文件的递交

- 13 报价文件的密封和标记
- 14 报价截止时间
- 15 迟交的报价文件
- 16 报价文件的修改和撤回

#### 五、谈判与评审

- 17 接收文件
- 18 评审过程的保密性
- 19 谈判小组
- 20 谈判
- 21 最终报价
- 22 评审原则及方法

#### 六、授予合同

- 23 合同的授予标准
- 24 成交通知
- 25 签订合同
- 26 成交服务费
- 27 质疑和投诉

## 报价须知前附表

序号	内容	说明与要求
1.1	资金来源	自筹资金, 资金已落实。
2	合格的报价人	详见《第一篇 报价邀请书》。
2.2	关于联合体	本项目不允许联合体报价
4.3	信息发布媒体	广东肇建招标有限公司网站 ( <a href="http://www.gdzqct.com/index.asp">http://www.gdzqct.com/index.asp</a> )。
5	谈判文件的澄清	采购人不统一组织答疑会。
	踏勘现场	采购人不统一组织踏勘现场。
8	报价文件的编制	1. 报价文件由自查表、经济、商务及技术部分组成, 四部分合编成一本报价文件。报价文件一式四份, 其中, 一份正本, 三份副本; 2. 报价信封一份 (含电子文件一份)。
	样板部分	详见《第三篇 用户需求书》要求 (如适用)
9	证明报价人的合格性的证明文件	详见《第一篇 报价邀请书》。
	最高报价限价	<b>本采购项目设有最高报价限价: 详见《第三篇 用户需求书》。</b> 说明: 报价人的报价不能高于最高限价, 否则视为无效报价处理。
10	提交报价保证金的银行账户	1. 报价保证金金额: <b>¥10,000.00 元 (大写: 人民币壹万元整)</b> 2. 报价保证金作为报价人投标的组成部分, 应当以 <b>银行转账</b> 等非现金形式提交。报价保证金交纳办法如下。 <b>以银行转账方式提交的:</b> <b>报价保证金须在谈判文件规定的报价文件递交截止时间之前到账。报价保证金应汇入以下账户 (以银行到账时间为准, 汇错帐号作废标处理。):</b> <b>开户名称: 广东肇建招标有限公司</b> <b>开户银行: 中国建设银行股份有限公司肇庆黄岗支行</b> <b>帐 号: 44001708617053001854</b> 报价人的报价保证金汇款凭证复印件 (加盖报价人公章) 须密封于报价信封内与报价文件一同递交, 汇款凭证原件开标现场备查。 3. <b>未按照上述要求提交报价保证金的, 其报价文件将作为无效予以拒绝。</b>
11	报价有效期	递交报价文件截止日后 90 天内有效
12	报价文件份数	报价文件密封包封: 报价文件正本 1 份, 副本 3 份 报价信封密封包封: 报价信封 1 份 (含电子文件 1 份)
14	报价文件的递交、接收和密封	1. 报价文件递交时间: <b>2021 年 10 月 21 日下午 2:30 ~3:00 时 (北京时间)</b> 2. 报价截止时间: <b>2021 年 10 月 21 日下午 3:00 时 (北京时间)</b> 3. 报价地点: <b>广东肇建招标有限公司会议室 (详细地址: 肇庆市端州三路南侧 16 号星城广场金融中心 814 室)</b> 4. <b>报价人应凭以下资料递交报价文件: 法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件 (非法定代表人参加时提供)、报价人授权代表</b>

序号	内容	说明与要求
		<b>本人身份证原件, 否则, 采购人将拒绝接收报价文件。</b>
19	谈判小组	谈判小组成员共 3 人: 其中采购人代表 1 人, 技术、经济等方面的专家 2 人; 技术、经济等方面的专家均从评审专家库中随机抽取确定。
22	评审方法	采用最低评标价法的评审方法
26	成交服务费	本项目向成交人收取服务费, 成交服务费由成交人在领取《成交通知书》原件前向采购代理机构一次性支付, 按照国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299 号) 规定, 本项目成交服务费金额为: <b>¥10,000.00 元 (大写: 人民币壹万元整)</b>

## 一、总则

### 1. 说明

1.1 资金来源: 详见《报价须知前附表》。

1.2 采购范围详细要求: 详见本谈判文件《用户需求书》。

### 2. 合格的报价人

2.1 合格的报价人规定: 详见《报价须知前附表》。

### 3. 报价费用

3.1 报价人应承担参与本次报价自身发生的所有费用, 不论报价的结果如何, 采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用, 采购人将不对任何报价人作补偿。

## 二、谈判文件

### 4. 谈判文件的构成

4.1 要求提供的货物、采购过程、合同条件在谈判文件中均有说明。谈判文件包括:

第一篇: 报价邀请函

第二篇: 报价人须知

第三篇: 用户需求书

第四篇: 合同样本(格式)

第五篇: 报价文件格式

附件: 评审工作大纲

4.2 **报价人应审阅谈判文件中所有须知、格式、条款和规格。报价人未按谈判文件要求提供全部资料或提交的报价文件未对谈判文件作出实质性响应, 且未响应的条款对采购人不利的, 那么报价人将承担其风险并导致报价文件被拒绝。**

4.3 谈判文件中, 如标有“★”的条款均为必须完全满足指标, 报价人须进行实质性响应, 报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足, 将按无效报价处理。

4.4 谈判文件中, 凡标有“▲”的条款均为本采购项目的重要评审内容。报价人必须予以重视。谈判小组将按照本采购项目的评审方法对报价人的响应程度进行综合评审。

4.5 本谈判文件使用的词语有如下定义:

(1) 采购人: 肇庆市端州区人民医院。

(2) 报价人: 参加肇庆市端州区人民医院医疗设备 所需的有关货物和服务的报价, 并向采购代理机构提交报价文件的当事人。

(3) 采购代理机构: 广东肇建招标有限公司。

(4) 谈判小组: 谈判小组是参照法规组建的专门负责本次采购的评审工作的临时性机构。

(5) “成交人”指其报价被采购人接受, 并与采购人签订专业合同的当事人。

(6) 日期: 指公历日。

(7) 谈判文件: 指由采购代理机构发出的本谈判文件, 包括全部章节和附件。

(8) 报价文件: 指报价人根据本谈判文件向采购代理机构提交的全部文件。

(9) 货物: 指符合本谈判文件《用户需求书》要求的货物。谈判文件中没有提及报价货物来源地

的, 均应是本国货物, 优先采购节能、环保产品。

(10) 合同: 指由本次采购所产生的合同或合约文件。

(11) 谈判文件中的标题或题名仅起引导作用, 而不应视为对谈判文件内容的理解和解释。

(12) 谈判文件中所规定的“书面形式”, 是指任何手写的、打印的或印刷的通讯, 包括电报和传真发送。

(13) 信息发布媒体, 详见《报价须知前附表》。

#### 5. 谈判文件的澄清

5.1 报价人对本谈判文件如有疑问, 请于报价截止日期前将问题按报价邀请书中载明的邮政地址以书面函件形式(加盖报价人公章)交至采购代理机构, 超出上述截止时间提出的任何疑问, 采购人及采购代理机构可不予答复。

5.2 踏勘现场详见《报价须知前附表》。

#### 6. 谈判文件的修改、补充和澄清

6.1 谈判文件的修改、补充或澄清将以书面函件形式通知所有购买谈判文件的报价人, 并对其具有约束力。对方应在 24 小时内以书面函件的形式确认已收到该修改、补充或澄清文件(须加盖公章, 可通过传真形式)。

6.2 为使报价人在准备报价文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改, 采购人及采购代理机构可酌情推迟本项目报价截止日期。

6.3 所有谈判文件的修改、补充或澄清文件, 均是谈判文件的组成部分, 对采购人和报价人起约束作用。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时, 以最后发出的书面文件为准。

### 三、报价文件的编制

#### 7. 报价语言及度量衡单位

7.1 报价人的报价文件以及报价人与采购人或采购代理机构就有关报价的所有往来函电均应使用简体中文。

7.2 报价文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 8. 报价文件的组成(详见《第五篇 报价文件格式》)

8.1 报价文件由自查表、经济、商务及技术部分组成, 四部分合编成一本文件。

#### 8.2 报价信封

8.3 报价人编制报价文件必须包括但不限于“第五篇 报价文件格式”要求的内容。

8.4 报价样品: 详见《报价须知前附表》。

#### 9. 报价

9.1 报价文件中, 全部报价内容的报价, 必须用人民币报价, 并以“元”为单位。

9.2 报价人提交证明其有合格性的证明文件作为报价文件的一部分, 详见《报价须知前附表》; 报价人应根据谈判文件的要求, 参照报价表格式填报。

9.3 报价表上的价格应包含下列内容:

(1) 报价包含履行合同所有相关货物所需的货物费用及利润

- (2) 报价均包含所有的税费、规费
- 9.4 不能在报价价格之外还有其他费用出现。
- 9.5 **除非另有规定, 报价人成交价在合同执行过程中是固定不变的。**
- 9.6 报价人根据报价人须知第 9.2 条款的规定将报价设分项内容, 此内容仅供谈判小组评审时使用; 在任何情况下不限制采购人以不同的条件成交的权利。
- 9.7 报价人不得低于企业自身成本竞投。
- 9.8 **本采购项目的最高报价限价, 详见《报价须知前附表》, 如报价人报价高于最高报价限价则报价文件作无效处理。**
10. 报价保证金
- 10.1 **报价保证金金额和交纳方式: 详见《报价须知前附表》。**
- 10.2 报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为而蒙受损失, 采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时可以根据本款第 10.6 条的规定没收报价人的报价保证金。
- 10.3 任何未按第 10.1 款规定提交报价保证金的报价, 将被视为非响应性报价而予以拒绝。
- 10.4 未成交的报价人的报价保证金, 将按第 11 款规定在成交通知书发出后 5 个工作日内将不计利息予以原额退还。
- 10.5 成交人的报价保证金, 满足下列要求, 并在合同签订后的五个工作日内无息原额退还。
- (1) 成交人与采购人签订合同。
  - (2) 成交人支付了成交服务费。
  - (3) 成交人向采购代理机构提交了壹份合同副本。
- 10.6 下列任何一种情况发生时, 经相关部门审核批准, 采购代理机构在书面通知报价人(或成交人)后有权没收报价保证金:
- (1) 报价人在谈判文件中规定的报价有效期内撤回其报价。
  - (2) 成交人在规定期限内未能签订合同; 或未能根据报价人须知中的规定接受对错误的修正。
  - (3) 成交后未按谈判文件中的规定缴付成交服务费。
11. 报价有效期
- 11.1 **报价有效期(详见《报价须知前附表》), 报价文件应在报价有效期内保持有效。报价有效期比规定期限短的将被视为非响应性报价而予以拒绝。**
- 11.2 成交人的报价文件作为合同组成部分, 合同失效时同时失效。
- 11.3 特殊情况下在原有报价有效期截止之前, 采购代理机构可征求报价人同意延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购代理机构的这种要求, 其报价保证金将不会被没收。接受报价有效期延长的报价人将不会被要求和允许修正其报价文件, 而只会要求其相应地延长其报价保证金的有效期。在这种情况下, 第 10 款报价保证金的有关规定在报价保证金延长期内仍适用。
12. 报价文件的式样和签署
- 12.1 报价人应准备一份“报价信封”(包括报价文件电子文档一份)、报价文件(含经济部分、

- 商务部分、技术部分)一份正本(注明报价人名称及项目名称)和三份副本,在每一份报价文件上编上页次,装订成册(不允许使用活页夹),并要明确注明“正本”或“副本”字样,一旦正本和副本发现差异,以正本为准。
- 12.2 报价文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写,由报价人法定代表人或其授权代表签字,后者须将“法定代表人授权委托书证明书”以书面形式附在报价文件中。副本文件可由正本文件复印而成。
- 12.3 除报价人对错处作必要修改外,报价文件中不许有加行、涂抹或改写。**若有修改须由签署报价文件的人进行签字,并加盖报价人公章。**
- 12.4 **电子文件用 MS OFFICE97/2000 或以上版制作,内容包括:由报价人自行制作的与报价文件正本一致的所有文件。电子文件用 U 盘或光盘储存,并密封于报价信封内。**
- 12.5 报价文件的[正本]及所有[副本]的封面均须由报价人加盖报价人公章。
- 12.6 报价文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、采购人名称、报价人名称、报价日期等”。
- 12.7 电报、电传、传真报价概不接受。
- 12.8 **报价信封须单独密封并加盖报价人公章。**

#### 四、报价文件的递交

##### 13. 报价文件的密封和标记

- 13.1 报价人应将报价文件(一份正本,三份副本)、报价信封分别单独密封,其中“电子文件”密封于“报价信封”内。
- 13.2 密封封装均应:
- 1) 密封封装表面均应正确标明项目名称、项目编号、报价人名称、地址、报价文件名称,并注明报价时间之前不得开封,封口位置须加盖报价人公章。
  - 2) 报价文件已密封但不按前述标志封包由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担。

13.3 如果封套未按报价人须知要求密封和加写标记,采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件,采购代理机构予以拒绝,并退回报价人。

13.4 谈判前,由采购人代表或报价人授权代表检查各报价人报价文件的密封情况。

##### 14. 报价截止时间

- 14.1 本次采购的报价截止时间,详见《报价须知前附表》。
- 14.2 本次采购的报价文件递交时间,详见《报价须知前附表》,采购代理机构收到报价文件的时间不得迟于 14.1 条款规定的截止时间。
- 14.3 报价人务必于报价截止时间前,将报价文件按要求送达报价地点,详见《报价须知前附表》,交于收件人:广东肇建招标有限公司工作人员。**报价人应凭以下资料递交报价文件:法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件(非法定代表人参加时提供)、报价人授权代表本人身份证原件,否则,采购人将拒绝接收报价文件。**

14.4 在推迟了报价截止时间的情况下,采购代理机构、采购人和报价人受报价截止时间制约,其所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

##### 15. 迟交的报价文件

- 15.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的报价截止时间后收到的任何报价文件。
16. 报价文件的修改与撤回
  - 16.1 报价人在递交报价文件后, 可以修改或撤回其报价文件, 但应保证采购代理机构在规定的报价截止时间之前, 收到这些文件的书面通知。
  - 16.2 报价人对报价文件的修改或撤回的通知应按第 12 款和第 13 款规定进行准备、密封、标注和递送。
  - 16.3 报价截止时间后不得修改报价文件。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。
  - 16.4 报价有效期内, 报价人不得对其报价文件做任何修改亦不得撤回其报价, 否则其报价保证金将被没收。

## 五、谈判与评审

17. 接收文件
  - 17.1 采购代理机构组织和主持谈判会, 报价人的法定代表人或其授权代表务必准时参加谈判会并签名报到以证明其出席。如报价人代表(法定代表人或其授权代表)不到谈判现场, 所送达的报价文件将被拒绝。
  - 17.2 按照第 16 款规定, 提交了可接受的“撤回”通知的报价文件将不予开封。
  - 17.3 在谈判过程中, 响应报价人提交的澄清文件和最终报价文件, 由响应报价人法人代表或授权代表签署后生效, 响应报价人应受其约束。
  - 17.4 迟交或撤回的报价文件将被原封退回给报价人。
  - 17.5 采购代理机构将记录谈判过程的有关内容, 并由报价人签字确认, 存档备查。
18. 评审过程的保密性
  - 18.1 公开最终报价后, 直至向成交人授予合同时止, 凡与审查、澄清、评估和比较报价的有关资料以及授标意见等, 均不得向报价人及与评审无关的其他人透露, 否则追究有关当事人的法律责任。
  - 18.2 在评审过程中, 如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响, 其报价文件将被拒绝。
  - 18.3 评审结果未公示前, 报价人均不得主动与谈判小组、采购人、主办机构联系以探取评审信息。
  - 18.4 在谈判过程中, 谈判小组应当严格遵循保密原则, 未经报价人同意不得向任何人透露技术、价格和其他重要信息。
19. 谈判小组
  - 19.1 依法组建谈判小组。谈判小组成员由技术、经济等方面的专家组成, 详见《报价须知前附表》。谈判小组的成员在评审过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。
  - 19.2 谈判小组依法根据谈判文件的规定, 进行报价文件的评审, 得出评审结果, 并向采购人推荐成交候选人。
  - 19.3 谈判小组将本着公平、公正、科学、择优的原则, 严格按照法律法规和谈判文件的要求推荐评审结果。如发现谈判小组的工作明显偏离谈判文件的要求, 或违法国家法律法规, 采购人可会

同监管部门商议解散谈判小组, 重新组织招标或评审, 并依法追究有关人员的法律责任。

19.4 评审期间, 采购人、谈判小组不得对谈判文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容进行现场临时修改调整, 也不得单独与报价人进行联系接触。

## 20. 谈判

20.1 资格性检查: 依据法律法规和谈判文件的规定, 对报价文件中的资格证明、报价保证金以及其他相关重要资料等进行审查, 以确定报价人是否具备报价资格。

20.2 符合性检查: 依据谈判文件的规定, 从报价文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查, 以确定是否对谈判文件的实质性条款存在负偏离(不利于采购人的偏离)。对于报价人提出的正偏离(即有利于采购人的偏离), 不视为无实质性响应谈判文件条款、条件或规格的重大偏离或保留, 将不予以废标。

20.3 谈判小组与符合相应资格条件的供应商进行谈判。

20.4 在谈判过程中对谈判文件实质响应的供应商不足三家时, 该项目作废标处理, 重新采购。

20.5 本次采购采用一轮或多轮次谈判形式。谈判时, 谈判小组与报价人应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。

20.6 谈判时, 报价文件中报价表的内容与报价文件中的明细表内容不一致的, 以报价表为准。对不同文字文本报价文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

20.7 对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 谈判小组可以书面形式(应当由谈判小组专家签字)要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其授权的代表签字, 并不得超出报价文件的范围或者改变文件的实质性内容。

## 21. 最终报价

21.1 最终报价: 有效报价人应在谈判小组规定的时间内集中进行最终竞争性报价, 一般情况最终报价不能高于上一次报价, 最终报价内容须现场公布。对最终价格出现明显低于成本价或高于同业同期市场平均价的情形时, 有效报价人必须说明原因。

## 22. 评审原则及方法

22.1 谈判小组进行综合评议。

22.2 采用最低评标价法的评审方法, 谈判小组成员根据“……即在符合采购需求、质量和服务相等(所称质量和价格相等, 是指供应商提供的产品质量和服务均能满足谈判文件规定的实质性要求)的前提下, 以提出最低报价的供应商作为成交供应商”的评审方法, 对报价人的报价文件进行综合评议并形成单独评审推荐意见, 评定第一、第二和第三成交候选人。

## 六、授予合同

### 23. 合同的授予标准

23.1 合同将授予其能最大限度满足符合谈判文件要求, 并且能承诺履行合同的、对采购人最为有利的, 并经谈判小组进行综合评议评定的第一、第二及第三成交候选人。

23.2 从谈判小组推荐的第一、第二及第三成交候选人中, 采购人依法确定成交人。

### 24. 成交通知书

- 24.1 报价文件有效期期满前, 采购代理机构将以书面形式通知成交人其报价文件被接受。
- 24.2 采购代理机构向成交人发出书面通知的同时, 采购代理机构通知落选的报价人其报价文件未被接受而不提原因。
- 24.3 成交通知书是合同的一个组成部分。
- 24.4 在未取得合法理由而获批复前, 成交人擅自放弃成交资格, 则须承担相应的违约处罚责任, 并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。
- 24.5 采购人对任何无效报价行为可追诉至合同生效之前, 一经被查证核实认定为无效报价者, 其所获得的候选资格、成交资格均无效。
25. 签订合同
- 25.1 采购代理机构通知成交人成交时, 将提供谈判文件中的合同格式(包括双方之间的有关协议)给成交人。本谈判文件、成交人的报价文件及相关澄清材料, 均作为合同订立的依据。对报价文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释均以采购人的理解确认为准。
- 25.2 成交人在收到《成交通知书》后, 应派遣其授权代表与采购人签署合同。
26. 成交服务费
- 26.1 成交服务费详见《报价须知前附表》
- 26.2 成交服务费的货币为人民币。
- 26.3 成交服务费支付方式: 一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。
- 26.4 成交人如未按第 26.1 款、第 26.2 款规定办理, 采购代理机构将没收其报价保证金。
- 26.5 成交服务费不在报价中单列。
27. 质疑和投诉
- 27.1 参照相关法律法规的规定处理。

## 第三篇 用户需求书

### 一、合格报价人

1. 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件, 提供下列材料:

1) 营业执照或其他法人证书(须加载有“统一社会信用代码”) 复印件(适用于法人或其他组织), 自然人的身份证复印件(适用于自然人)。

2) 2020年财务状况报告(新成立单位可提供成立至今的月或季度财务状况报告或财务报表复印件)或基本开户行出具的资信证明。

3) 投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。

4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件【填写谈判文件格式: 资格声明书】。

5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件【填写谈判文件格式: 资格声明书】。

6) 符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明【填写谈判文件格式: 资格声明书】。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本采购项目(包组)投标【填写谈判文件格式: 资格声明书】。

3. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标【填写谈判文件格式: 资格声明书】。

4. 报价人未被列入“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>)“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”及“中国执行信息网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/>)“失信被执行人名单”; 不处于中国政府采购网(<https://www.ccgp.gov.cn/>)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间, 否则拒绝其参与政府采购活动(相关失信记录已失效、处罚期限届满的除外)。报价人需提供上述三个网站的网页查询结果作为证明材料。【采购人、采购代理机构将于投标截止日当天在上述渠道复查报价人的信用记录, 若报价人自查结果与采购人或采购代理机构复查结果不一致, 将以复查结果为准】。

5. 已登记报名并获取本项目谈判文件。

6. 本项目不接受联合体投标。

7. 报价人具有有效的医疗器械生产(或经营)企业许可证或备案凭证(适用于纳入第二类医疗器械管理的产品)。

8. 报价人所投货物必须满足条件: 报价人所投设备如属医疗设备, 必须提供所投设备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件(加盖报价人公章)。

## 二、项目需求一览表

序号	采购内容	数量	交货期	质保期	最高限价
1	端州医院医疗设备	1 批	合同签订后 30 天内完成交付	一年	¥560,000.00 元 (大写: 人民币伍拾陆万元整)

备注:

- 1、本项目为一个整体, 报价人必须对本项目整体进行投标, 不能只对其中部分内容进行投标, 且要提供详细的技术资料。
- 2、本项目设有最高投标限价, 报价人的报价不能高于该限价, 否则视为非响应性投标, 将作无效投标处理;
- 3、本项目为交钥匙项目, 包括供货、安装、调试、培训等工作, 直至验收合格交付采购人正常使用。

## 三、详细技术参数及配置

## (一) 超声多普勒胎儿监护仪

1. 监护参数: 胎心率 (FHR), 宫缩压力 (TOCO), 胎动 (FM);
2. ▲多晶片 1MHz 超声胎心探头, 超声波束声强:  $I_{ob} < 1 \text{ mW/cm}^2$ , 胎心率范围: 30~240bpm 分辨率: 1bpm, 精度:  $\pm 2\text{bpm}$ ;
3. 无凸点设计的宫缩探头, 0-100 相对单位, 分辨率 1, 非线性误差  $\leq \pm 10\%$ , 归零方式: 自动/手动;
4. 探头 IPX8 防水等级;
5. ▲探头可在水下 1.1m 工作 24 小时, 支持水中分娩, 需提供相应检测报告说明;
6. ▲宫缩压探头采用防水透气设计, 不受水压和温度变化影响, 确保 TOCO 测量的精准性, 需提供相应的证明文件;
7. 胎动: 手动/自动胎动检测, 显示并打印胎儿活动图;
8.  $\geq 5.6$  英寸高清 TFT 液晶屏,  $90^\circ$  角度内任意翻转;
9. 多种监护界面, 显示胎儿监护曲线及数字, 支持大字体显示;
10. 监护曲线显示支持 30 ~ 240 (美标) 和 50 ~ 210 (国际) 两种标准;
11. 一体化探头架设计, 支持挂墙放置探头、移动放置探头;
12. 隐藏式提手, 方便移动;
13. 内置式 152mm (或 150mm) 宽行打印, 符合国际标准, 连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线;
14. 打印机走纸速度 1、2、3cm/min 可调, 支持缺纸缓存打印, 选段打印和定时长打印功能, 定时时长范围: 10-90min;
15. 胎心率报警范围可调, 当胎心率过缓或过速时自动报警, 报警内容中文显示, 报警持续时间可调;
16. 具有超声传感器信号质量指示功能, 以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线;
17. ▲通过美国 FDA 认证;

## 配置清单:

序号	项目名称	数量	单位
标配:			
1	主机	1	台
2	胎心探头	1	个
3	宫缩压力探头	1	个
4	打标器	1	个
5	绑带	2	根
6	耦合剂	1	瓶
7	打印纸	1	盒
8	内置宽行打印机	1	台
9	电源线	1	根
10	保险管	2	个
11	中文用户文件(合格证, 保修卡, 装箱单, 说明书, 胎心监护手册、速查卡, 用户验收单、三证文件各 1)	1	套
12	接地线	1	根
13	台车	1	台
选配:			
1	锂电池组	1	组
2	胎儿刺激器	1	个
3	内置无线模块	1	个
4	挂墙架组件	1	套
5	挂墙板	1	个

## (二) 胎心监护仪

1. 监护参数: 胎心率 (FHR), 宫缩压力 (TOCO), 胎动 (FM);
2. ▲多晶片 1MHz 超声胎心探头, 超声波束声强:  $I_{ob} < 1mW/cm^2$ , 胎心率范围: 30~240bpm 分辨率: 1bpm, 精度:  $\pm 2bpm$ ;
3. 无凸点设计的宫缩探头, 0-100 相对单位, 分辨率 1, 非线性误差  $\leq \pm 10\%$ , 归零方式: 自动/手动;
4. 探头 IPX8 防水等级;
5. ▲探头可在水下 1.1m 工作 24 小时, 支持水中分娩, 需提供相应检测报告说明;
6. ▲宫缩压探头采用防水透气设计, 不受水压和温度变化影响, 确保 TOCO 测量的精准性, 需提供相应的证明材料;
7. ▲打印纸实时记录信号质量和报警, 并用图标显示, 方便医护人员随时确认曲线异常情况;
8. 胎动: 手动/自动胎动检测, 显示并打印胎儿活动图;
9. 10.1 英寸高清晰液晶彩屏, 0-60° 度内多角度翻转;
10. 多种监护界面, 显示胎儿监护曲线及数字, 支持大字体显示;
11. 监护曲线显示支持 30 ~ 240 (美标) 和 50 ~ 210 (国际) 两种标准;
12. 内置式 152mm (或 150mm) 宽行打印, 符合国际标准, 连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线;
13. 胎心率报警范围可调, 当胎心率过缓或过速时自动报警, 报警内容中文显示, 报警持续时间可

调;

14. 具有超声传感器信号质量指示功能, 以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线;
15. 回顾报警功能, 可回顾最近的 100 条报警信息;
16. ▲支持拓展无线探头, 支持无线双胎心监护, 无线探头采用自识别探头基座设计, 随意安放, 无线探头工作距离>100m, 内置锂电池≥15 小时的超强续航能力;
17. 内置通讯接口, 可与中央站组成网络系统;
18. ▲通过美国 FDA 认证;

#### 配置清单:

序号	项目名称	数量	单位
标配:			
1	主机	1	台
2	胎心探头	1	个
3	宫缩压力探头	1	个
4	打标器	1	个
5	绑带	2	根
6	耦合剂	1	瓶
7	打印纸	1	盒
8	内置宽行打印机	1	台
9	保险管	2	个
10	电源线	1	根
11	中文用户文件(合格证, 保修卡, 装箱单, 说明书, 胎心监护手册、速查卡, 用户验收单、三证文件各1)	1	套
12	接地线	1	根
13	台车	1	台

### (三) 眩晕症诊断仪

#### 1、主机眼罩:

图像通道数: 6 (左侧水平+垂直+旋转眼震描记、右侧水平+垂直+旋转眼震描记)

▲图像分辨率: 1080P (有国家权威检测机关出具的报告)

▲可翻转眼罩设计, 可以完成左、右双眼的检查 (可提供专利证书)

# 标配 3D 眼震, 描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线

采样率: 250Hz

瞳孔定标: 自动追踪瞳孔位置

眼球追踪: 实时追踪眼球动态, 高清传输每一帧画面

#### 2、技术参数要求:

基本要求: 自主研发诊断软件, 视频图像清晰, 包含视频储存回放功能。

▲可描记和分析眼球水平、垂直、旋转 3D 运动曲线, 并且出具眼震报告。

四位一体同步显示: 眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV 值四位一体同步显示; 可自动分析慢相角速度, 且播放速度可调。

基本试验模块: 校准试验, 自发性眼震, 凝视试验, 静态位置试验, 动态位置试验, 冷热试验、扫

视试验、平稳跟踪试验、OPK 视动试验、甩头试验;

凝视: 水平方向±30 度可调, 垂直方向±20 度可调; 靶点停留时间 0-20 秒可调

扫视: 水平、垂直方向; 视靶随机显示, 记录时间 0-300 秒可调

平稳跟踪: 水平、垂直方向; 视靶 0.1-3Hz 可调, 记录时间 0-300 秒可调

视动 OPK: 水平、垂直方向; 视靶速度 0-100 度/秒可调, 记录时间 0-300 秒可调, 三种诱发视靶, 合计 18 种刺激方式

冷热实验: 含自发性眼罩; 灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间 0-300 秒可调; 自动计算 CP、DP、FI 值

位置试验和 BPPV 手法复位功能: 记录时间 0-600 秒可调

分析功能: 每个实验可以单独获取的眼震数据, 并进行独立分析; 具备精确的眼震分析图; 可以分析病人有无眼震, 显示眼震的方向以及慢相角速度; 精度 0.1 度

甩头试验模块

摄像头: 高清红外摄像头 1920\*1080 分辨率

▲头动记录: 陀螺仪感应器 (可提供检测报告)

眼动记录: 单眼可翻转, 可以分别记录左、右眼;

眼罩: 可翻转眼罩、专为亚洲人脸型设计;

图像分辨率: 眼动模式 1920\*1080

帧率: 甩头试验 250 帧/秒;

电源: USB 供电-5 伏 (直流)

接口: USB2.0 或 USB3.0 连接

#### 4、软件要求:

内置问诊表: 包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。

诊断报告: 单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果, 可以展示中心医院专家会诊后的病例报告。

体位视频: 同步体位视频采集, 方便回顾实验时判断眼震方向

远程数据传输: 建立中心医院与基层医院之间的连接, 能够把病例上传到中心医院, 专家可以看到眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV 值四位一体同步显示, 由中心医院专家诊断之后生成诊断报告, 并将诊断报告通过同一平台发送回基层医院。

#### 配置清单:

包括:		数量
	主机	主机眼罩
		眼罩数据、电源线
		脚踏控制开关
		眼垫
		用户使用说明书
		合格证
		1 个
		1 根
		1 个
		1 包
		1 份
		1 份

标准配置	配件	工作站	1 台
		LED 视靶	1 台
		落地支架	1 个
		USB hub	1 个
		鼠标	1 个
		打印机	1 台
		摄像头	1 个
		HDMI 线	1 根
	软件模块 I	校准、自发性眼震、静态位置、动态位置试验、冷热试验、扫视、平稳跟踪、视动、凝视（水平+垂直）	1 套
	软件模块 II	甩头试验	1 套

#### 四、项目说明

- 1、报价人所投设备的性能指标，必须按照投标时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。如报价文件有不如实填写的，到货验收时将导致整台仪器/设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由成交人负责。
- 2、所有设备必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，如国家对设备有强制认证要求，即报价人需提供设备的 3C 认证证书；所投的产品必须是在中国范围内合法销售；所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。
- 3、报价人应在报价文件中如实提供设备主要部件的实际产地和制造厂名称。机型上市时间、所设备必须符合国际质量标准，并提供其检测证书或报告等。
- 4、提供的设备应外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
- 5、报价人所提供的设备如在实际供货时已经废型，则成交人必须用供货时该厂家的最新产品提供给采购人，其性能指标不得低于所报设备，并且价格不变。
- 6、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应在报价文件中明确列出。
- 7、报价人所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数、规格型号为基本要求并无指定，报价人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，所投标的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。报价人在技术方案中必须列出具体数值。
- 8、投标报价必须包含设备购置和运输(含保险)、装卸、培训、安装调试(含调试损耗材料费用)、检测、验收、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。
- 9、本需求书中所提出的技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，报价人可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于谈判文件的规定和要求；本需求书所出现的品牌、型号、尺寸等（如有）仅为方便描述而没有限制性，报价人可以根据货物的实际情况，选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准，并在投标文件中如实列明所投产品的详细技术参数、品牌、型号及产地等。

10、谈判文件中,如标有“★”的条款均为必须完全满足指标,报价人须进行实质性响应,报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足,将按无效报价处理。

11、谈判文件中,凡标有“▲”的条款均为本采购项目的重要评审内容。报价人必须予以重视。谈判小组将按照本采购项目的评审方法对报价人的响应程度进行综合评审;评审小组没有必要接受技术参数负偏离的最低报价。

## 五、交货事项

- 1、成交人按有关标准提供货物的包装,并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。
- 2、成交人负责货物到现场过程中的全部运输及费用,包括装卸车、货物现场的搬运及其派出的人员人身意外保险。
- 3、交货时必须随附装箱单、备件明细表。
- 4、成交人应提供设备检验和验收的执行标准,以及提供有关设备安装和验收的执行标准。
- 5、成交人必须为采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件(技术性能和指标、使用管理规定、安装及操作维护手册、设备的说明书、合格证明、出厂日期和使用期限)。

## 六、伴随服务

### 1、安装、调试及验收

- 1.1 成交人必须依照谈判文件的要求和报价文件的承诺,将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。
- 1.2 所有货物应符合国际、国内有关行业标准;货物若有国家标准按照国家标准验收,若无国家标准按行业标准验收,为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。
- 1.3 货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随机设备的附件必须齐全。
- 1.4 成交人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 1.5 货物交付时由合同双方共同进行验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。

### 2、售后服务

货物质保期为双方签署验收合格证书之日起一年。质保期内成交人必须进行质量“三包”,对质保期内成交人对所供货物实行包修、包维护、包保养,期满后可同时提供终身维修保养服务(维修保养时需要更换的零配件视情况只收取成本费)。

## 七、付款方式

本项目以人民币转帐方式支付。双方签订合同后支付合同总额的30%,项目验收合格后支付合同总额的60%,余款(合同总额的10%)在验收合格交付使用满一年后付清(具体付款时间按照合同约定执行)。

## 第四篇 合同条款 (参考文本)

(注释: 本条款仅作为双方签订合同的参考, 为阐明各方的权利和义务, 经协商可增加新的条款、修改相关条款, 但不得与谈判文件、报价文件的实质性内容相背离。)

### 肇庆市端州区人民医院医疗设备

# 合 同 书

合同编号: \_\_\_\_\_

项目编号: GDZJ-ZX21052

项目名称: 肇庆市端州区人民医院医疗设备

## 合同书

甲方(需方): \_\_\_\_\_ 合同编号: \_\_\_\_\_

乙方(供方): \_\_\_\_\_ 签约地点: \_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日肇庆市端州区人民医院医疗设备(采购项目编号: GDZJ-ZX21052)的采购结果,根据相关法律法规及谈判文件、乙方的报价文件及报价承诺,经双方协商一致,共同达成如下条款:

### 一、项目内容

项目名称: 肇庆市端州区人民医院医疗设备

项目编号: GDZJ-ZX21052

### 二、货物清单

序号	名称	品牌	型号规格	产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1									
2									
.....									

### 三、合同金额

- 合同总价: 人民币\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_)
- 本项目为交钥匙项目(本项目包工、包料、包工期、包质量、包文明安全、包验收、保修及相关税费等承包本项目详细参数表中的内容)。乙方应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但谈判文件没有列明或包含的内容及费用,并在响应文件中加以详细说明。如果乙方在成交并签署合同后,施工、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、安全文明施工、各项税费及合同实施过程出现的任何遗漏,均由乙方免费提供,甲方将不再支付任何费用。乙方不得以任何方式转包或分包本项目。
- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时,以单价为准并修正总价。

### 四、货物产地及标准

- 乙方所投设备的性能指标,必须按照投标时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。如报价文件有不如实填写的,到货验收时将导致整台仪器/设备被用户拒收和索赔,由此引起的所有损失由乙方负责。
- 所有设备必须是厂商原装、全新的产品,符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定,如国家对设备有强制认证要求,即乙方需提供设备的3C认证证书;所投的产品必须是在中国范围内合法销售;所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。
- 乙方应在报价文件中如实提供设备主要部件的实际产地和制造厂名称。机型上市时间、所设备必须符合国际质量标准,并提供其检测证书或报告等。
- 提供的设备应外观清洁,标记编号以及盘面显示等字体清晰,明确。
- 乙方所提供的设备如在实际供货时已经废型,则乙方必须用供货时该厂家的最新产品提供给甲

方, 其性能指标不得低于所报设备, 并且价格不变。

6. 对于影响设备正常工作的必要组成部分, 无论在技术规范中指出与否, 乙方都应在报价文件中明确列出。
7. 乙方所投设备应为知名品牌, 用户需求书所描述的技术参数、规格型号为基本要求并无指定, 乙方可根据设备的实际情况, 选用同档次, 技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标, 所投标的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。乙方在技术方案中必须列出具体数值。
8. 报价必须包含设备购置和运输(含保险)、装卸、培训、安装调试(含调试损耗材料费用)、检测、验收、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

## 五、工期要求

1. 交货地点: 甲方指定的地点
2. 交货期: 合同签订生效之日起\_\_\_\_天内(具体进度计划可以附件列明)。

## 六、质量要求

1. 乙方按有关标准提供货物的包装, 并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。
2. 乙方负责货物到现场过程中的全部运输及费用, 包括装卸车、货物现场的搬运及其派出的人员人身意外保险。
3. 交货时必须随附装箱单、备件明细表。
4. 乙方应提供设备检验和验收的执行标准, 以及提供有关设备安装和验收的执行标准。
5. 乙方必须为甲方提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件(技术性能和指标、使用管理规定、安装及操作维护手册、设备的说明书、合格证明、出厂日期和使用期限)。

## 七、安装、调试及验收

1. 乙方必须依照谈判文件的要求和报价文件的承诺, 将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。
2. 所有货物应符合国际、国内有关行业标准; 货物若有国家标准按照国家标准验收, 若无国家标准按行业标准验收, 为原制造商制造的全新产品, 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追查查阅。所有随机设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 货物交付时由合同双方共同进行验收, 验收合格后, 双方签署验收合格证书。

## 八、售后服务

货物质保期为双方签署验收合格证书之日起一年。质保期内乙方必须进行质量“三包”, 对质保期内乙方对所供货物实行包修、包维护、包保养, 期满后可同时提供终身维修保养服务(维

修保养时需要更换的零配件视情况只收取成本费)。

## 九、保险

货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种, 以及有关费用由乙方负责。

## 十、付款

本项目以人民币转帐方式支付。双方签订合同后支付合同总额的 30%, 项目验收合格后支付合同总额的 60%, 余款(合同总额的 10%) 在验收合格交付使用满一年后付清(具体付款时间按照合同约定执行)。

## 十一、异议索赔

1. 乙方对于所提供的货物与合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物, 乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。
2. 对有缺陷的零件、部件和设备, 乙方同意免费更换, 以达到合同规定的规格、质量和性能, 乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。
3. 如果在甲方发出索赔通知后 5 天内, 乙方未作答复, 上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 5 天内或征得甲方同意的延长期内, 按照甲方选择的方法解决索赔事宜, 甲方将有权从货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额, 同时保留进一步要求索赔的权力。

## 十二、不可抗力

1. 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因, 一方不能履行合同义务的, 应当在不可抗力发生之日起 10 天内以书面形式通知对方, 证明不可抗力事件的存在。
2. 不可抗力事件发生后, 甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除, 致使合同目的无法实现的, 双方均有权解除合同, 且均不互相索赔。

## 十三、违约责任

1. 乙方逾期交货及未按时履行保修义务, 则按合同总价每天 5 % 支付违约金给甲方。如超过合同规定工期限 10 天乙方仍不能交货完毕, 则视为乙方不能交货。
2. 乙方不能交货, 则按合同总价 30 % 支付违约金给甲方。同时, 甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失, 甲方有权进一步向乙方提出索赔。
3. 货物未能一次性通过验收, 则甲方同意由乙方予以整改, 并在第一次验收结束之日起 3 天内重新组织验收; 经 3 次验收不合格的, 甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的, 甲方有权向乙方提出索赔。
4. 如果甲方逾期付款, 则按拖欠金额每天 2 % 支付违约金给乙方, 直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的, 甲方不承担违约责任, 并且此情况不能成为乙方延期交货及服务的理由。
5. 甲方解除合同, 乙方须在接到甲方解约通知之日起 10 天内退回甲方已支付的价款。

## 十四、争议解决方式

1. 因货物的质量问题而发生的争议, 由广东省或肇庆质检部门进行质量鉴定。经检验, 质量符合标准的, 鉴定费用由甲方承担; 质量不符合标准的, 鉴定费用由乙方承担, 并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方, 由此造成延期供货的, 乙方承担延期供货的违约责任。
2. 本合同发生争议, 由双方协商, 协商或调解不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。(本合同的诉讼管辖地为肇庆有管辖权的法院)(在诉讼期间, 除有争议部分的事项外, 合同其他部分仍应继续履行)。

## 十五、通知

1. 本合同一方给对方的通知, 应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认, 以电传形式的通知, 从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。
2. 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期, 两者中以晚的一个日期为准。

## 十六、税和关税

1. 中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。
2. 中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。
3. 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

## 十七、合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效, 合同生效日期以最后一个签字日为准。

## 十八、其他

1. 本项目成交通知书、谈判文件、报价文件及附件均是本合同不可分割的部分, 解释的顺序除特别说明外, 以文件生成时间在后的为准。
2. 在执行合同过程中, 所有经甲乙双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分, 其生效日期为双方签字盖章确认的日期。
3. 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
4. 本合同一式\_\_\_份, 甲方执\_\_\_份、乙方执\_\_\_份, 采购代理机构一份, 具有同等法律效力。

## 十九、合同附件

1. 货物的技术规格、性能指标;
2. 合同执行时间进度计划;
3. \_\_\_\_\_。

甲方(盖章): \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

乙方(盖章): \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

项目编号: GDZJ-ZX21052

项目名称: 肇庆市端州区人民医院医疗设备

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

签约时间: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

签约时间: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

签约地点: \_\_\_\_\_

备注: 1. 本合同所有附件均在签订合同时编制, 其编制依据是谈判文件和乙方的报价文件。

2. 合同附件的具体内容与排列序号由双方在签订合同时确定。

广东肇建招标有限公司 编制

## 第五篇 报价文件格式

### 一、按报价文件编制的顺序和以下要求格式制作:

#### (一) 自查表

#### (二) 经济部分

1. 报价表
2. 分类报价明细表

#### (三) 商务部分

1. 报价函
2. 资格性审查证明文件
3. 法定代表人证明书
4. 法定代表人授权书
5. 类似项目业绩 (如有)
6. 服务计划及承诺
7. 合同响应文件
8. 合同差异表
9. 报价人简介
10. 报价人管理人员一览表
11. 报价人近年主要财务状况
12. 广东地区具有完善的售后服务机构证明文件复印件 (加盖报价人公章)
13. 成交服务费承诺书
14. 退还报价保证金声明
15. 中小企业声明函 (如适用)
16. 残疾人福利性单位声明函 (如适用)
17. 政府适用性说明 (如适用)
18. 其它文件
  - A、资信证明 (如有);
  - B、报价人通过 ISO9000 或其它认可的质量体系认证 (加盖报价人公章) (如有);
  - C、最近年企业牵涉的主要诉讼案件 (如有);
  - D、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件 (如有要求提供原件的须提供原件, 否则提供复印件加盖公章)。

#### (四) 技术部分

1. 技术响应表
2. 技术差异表
3. 售后服务措施及承诺

4. 供货安装进度安排
5. 货物清单（货物名称、品牌、规格型号、产地等必须与报价经济文件详细配置及货物服务量报价清单的货物名称、品牌、规格型号、产地完全一致）
6. 货物测试和验收
7. 其他文件

（报价人应根据实际情况，按上述内容及顺序编订成册）

## 二、报价信封按以下顺序装订（另单独分装）：

1. 报价表
  2. 分类报价明细表
  3. 报价保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖报价人公章）】原件谈判现场备查
  4. 法定代表人证明书复印件（加盖报价人公章）（原件无需密封递交报价文件时单独递交）
  5. 法定代表人授权书复印件（加盖报价人公章）（原件无需密封递交报价文件时单独递交）
- 注：法定代表人亲自报价无须提供法定代表人授权书。
6. 报价文件的电子文档
  7. 退还报价保证金声明复印件（加盖报价人公章）

(一) 自查表

	自查内容	证明文件
资格性检查	请报价人按谈判文件评审工作大纲“二、报价文件的初审”中“资格性检查”内容填写	见报价文件第( )页
	.....	见报价文件第( )页
符合性检查	请报价人按谈判文件评审工作大纲“二、报价文件的初审”中“符合性检查”内容填写	见报价文件第( )页
	.....	见报价文件第( )页
<b>以下为带“★”号条款要求</b>		
.....	见报价文件第( )页	
.....	见报价文件第( )页	

报价人: (报价人公章)

法定代表人或其授权代表签名:

日期: 年 月 日

(二) 经济部分

1. 报价表

**报价表**

[价格单位: (人民币) 元]

采购项目编号: GDZJ-ZX21052

采购项目名称: 肇庆市端州区人民医院医疗设备

报价人名称	报价总价 (人民币: 元)	交货期	备注
报价总价 (大写): 人民币 _____			

备注:

1. 报价总价是包括完成“用户需求书”所要求提供的服务的所有内容 (含税)。
2. 本项目为一个整体, 报价人必须对本项目整体进行投标, 不能只对其中部分内容进行投标, 且要提供详细的技术资料。
3. 本项目设有最高投标限价, 报价人的报价不能高于该限价, 否则视为非响应性投标, 将作无效投标处理;
4. 本项目为交钥匙项目, 包括供货、安装、调试、培训等工作, 直至验收合格交付采购人正常使用。
5. 本表一式二份, 一份随报价信封一起提交, 一份编入报价文件 (经济部分)。

报价人名称 (加盖报价人公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2. 分类报价明细表

### 分类报价明细表

采购项目编号: GDZJ-ZX21052

采购项目名称: 肇庆市端州区人民医院医疗设备

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价	总价
1								
2								
3								
.....								

注: 1. 如果单价和总价不符时, 以单价为准, 修正总价。

2. 报价人应列明按“用户需求书”所要求提供的货物和服务的价格明细。

3. 本表一式二份, 一份随报价信封一起提交, 一份编入报价文件(经济部分)。

报价人名称(加盖报价人公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### (三) 商务部分

#### 1. 报价函

## 报价函

致: 肇庆市端州区人民医院

广东肇建招标有限公司

根据贵方为肇庆市端州区人民医院医疗设备 (采购项目编号: GDZJ-ZX21052) 的报价邀请, 我方 (报价人名称) 作为报价人正式授权 (授权代表全名, 职务) 代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的谈判文件, 包括如下等内容, 并已单独密封封装:

- (一) 报价信封【一份】(按文件要求的内容);
- (二) 报价文件(含经济部分、商务部分、技术部分)【正本一份, 副本三份】。

我方已完全明白文件的所有条款要求, 并重申以下几点:

- (一) 我方决定参加编号为 GDZJ-ZX21052 的报价;
- (二) 全部货物之供应和有关服务的报价总价(详见报价表);
- (三) 本谈判文件的有效期限自报价截止日后 90 天有效, 如成交, 有效期将延至合同终止日为止;
- (四) 我方已详细审查了文件的所有内容包括修正文(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件, 完全理解并同意放弃在此方面有不明、误解和质疑的权力;
- (五) 我方明白并愿意在规定的的时间和日期之后, 报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收;
- (六) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息;
- (七) 我方声明报价文件及所提供一切资料均真实无误, 无任何虚假或不真实的材料。如我方在报价文件中提供任何不真实的材料, 无论其材料是否重要, 采购人及采购代理机构可视为报价无效, 并由我方承担由此产生的全部法律责任。
- (八) 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价;
- (九) 我方如果成交, 将保证履行谈判文件以及谈判文件修改书(如有)中的全部责任和义务, 在成交通知书规定的时间内签订《合同书》, 并严格按国家有关法规履行自己的全部责任, 按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务; 其中交货期为 \_\_\_\_\_; 质保期为: \_\_\_\_\_。

报价人名称(加盖报价人公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名: \_\_\_\_\_


日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**2. 资格性审查证明文件（以下文件均须加盖投标人公章）**

1) 报价人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力；

2) “信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>) “重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”及“中国执行信息网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) “失信被执行人名单”；中国政府采购网(<https://www.ccgp.gov.cn>) “政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询记录页面打印件（如相关失信记录已失效，投标人需提供证明材料）。

3、.....



#### 4、资格声明书

##### 资格声明书

致: 广东肇建招标有限公司

为响应你方组织的“肇庆市端州区人民医院医疗设备”的招标[项目编号: GDZJ-ZX21052], 我方愿参与报价。

我方作为\_\_\_\_\_(报价人名称)\_\_\_\_\_是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人, 提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料, 并愿意应你方的要求提交。

我方在参加本次投标前\_\_3\_\_年内, 在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法记录及涉嫌违规行为, 并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

我方与其他报价供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方满足法律、行政法规规定的其他条件。

我方本次投标不属于联合体报价。

特此声明。

报价人名称(加盖报价人公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

5. 法定代表人证明书

### 法定代表人证明书

致: 广东肇建招标有限公司

\_\_\_\_\_同志, 现任我单位职务, 为法定代表人, 特此证明。

附:

法定代表人性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

营业执照号码: \_\_\_\_\_

主营: \_\_\_\_\_

兼营: \_\_\_\_\_

签发日期: \_\_\_\_\_

单位 (盖章): \_\_\_\_\_

- 说明: 1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。  
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。  
3、将此证明书提交作为合同附件或凭证。

法定代表人身份证复印件 (正、反面)

6. 法定代表人授权书

### 法定代表人授权书

致: 广东肇建招标有限公司

本授权书声明: 注册于(国家或地区)的(报价人名称)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代表人, 就肇庆市端州区人民医院医疗设备 [采购项目编号: GDZJ-ZX21052]的报价和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效, 有效期至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日(不少于投标有效期90天), 特此声明。

报价人(加盖报价人公章):

地址:

法定代表人(签字或盖章):

职务:

被授权人(签字):

职务:

代理人身份证复印件(正、反面)

7. 类似项目业绩 (如有)

### 近年类似项目业绩

采购项目名称: 肇庆市端州区人民医院医疗设备

采购项目编号: GDZJ-ZX21052

序号	客户名称	项目名称	合同金额 (万元)	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注: 1. 以上近年同类项目业绩应提供合同关键页等可证明已做项目真实性的文件复印件。

2. 如本表格式内容不能满足需要, 报价人可根据本表格式自行划表填写, 但必须体现以上内容。

报价人名称 (加盖报价人公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

8. 服务计划及承诺

### 服务计划及承诺

采购项目名称：肇庆市端州区人民医院医疗设备

采购项目编号：GDZJ-ZX21052

服务项目	
服务计划及承诺	
其他	

报价人名称（加盖报价人公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

9. 合同响应文件

### 《合同书》响应表

采购项目编号：GDZJ-ZX21052

[说明] 报价人应对照谈判文件要求与报价的实际情况对谈判文件中《合同书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在“差异”栏中如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报价人响应的合同条款优于谈判文件中要求，“负偏差”指报价人响应的合同条款低于谈判文件中要求），并将差异情况在差异表说明。（不填写或漏填的内容，作该条款不响应）

序号	条款号	合同条款题目	响应	差异
1				
2				
3				

报价人名称（加盖报价人公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

10. 合同差异表

### 《合同书》差异表

采购项目编号：GDZJ-ZX21052

[说明] 报价人应根据其提供的服务，对照谈判文件《合同书》的要求，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。无差异的，在“实际响应的具体内容”中必须填写“无差异”。

序号	谈判文件要求		报价文件内容	
	条款号	简要内容	条款号	实际响应的具体内容
1				
2				
3				

报价人名称（加盖报价人公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

11. 报价人简介

报价人基本情况

1. 名称及概况：

(1) 报价人名称：\_\_\_\_\_

(2) 总部地址：\_\_\_\_\_

    邮政编码：\_\_\_\_\_

    电话号码：\_\_\_\_\_

    传真号码：\_\_\_\_\_

(3) 成立和 / 或注册日期：\_\_\_\_\_

(4) 法人代表：\_\_\_\_\_

(5) 开户银行：\_\_\_\_\_

(6) 开户帐号：\_\_\_\_\_

(7) 注册资金：\_\_\_\_\_

(8) 近两年财务基本情况

①货币资金期末数：\_\_\_\_\_

③年营业总额（值）：\_\_\_\_\_

③资产负债率：\_\_\_\_\_

④销售利润率：\_\_\_\_\_

⑤资本收益率：\_\_\_\_\_

(9) 主要负责人姓名：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(10) 项目主要联系人（姓名、职务、通讯）：

\_\_\_\_\_  
(11) 在中国的代表的姓名和地址（如有）：

\_\_\_\_\_  
2. 供征询之银行的名称和地址：

\_\_\_\_\_  
3. 公司所隶属之国际集团名称（如果是）

\_\_\_\_\_  
4 提交资料（包括但不限于公司组织机构、财务报表、公司概况等）：

(1) 公司组织机构；

(2) 近年以法定中介机构（会计师事务所/审计师事务所）出具的财务审计报告；（如有）

兹证明上述说明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

报价人名称（加盖报价人公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



13. 报价人近年主要财务状况

### 报价人近年主要财务状况

【价格单位：（人民币）元】

采购项目编号：GDZJ-ZX21052

采购项目名称：肇庆市端州区人民医院医疗设备

年度	总资产（元）	资产负债率（%）	年营业额（元）	年净利润（元）
合计				

注：报价人应提供近年以法定中介机构（会计师事务所/审计师事务所）出具的审计报告复印件（加盖报价人公章）（如有）。

报价人名称（加盖报价人公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

12. 广东地区具有完善的售后服务机构证明文件复印件（加盖报价人公章）

13. 成交服务费承诺书

## 成交服务费承诺书

致：广东肇建招标有限公司

我方在贵司代理的肇庆市端州区人民医院医疗设备（采购项目编号：GDZJ-ZX21052）竞争性谈判中若获资格成交，在领取《成交通知书》原件前，并在贵司发出《领取〈成交通知书〉通知》之日起五个工作日内，按谈判文件和通知的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东肇建招标有限公司指定的银行帐号，支付成交服务费。

特此承诺。

报价人名称（加盖报价人公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

14. 退还报价保证金声明

1) 退还报价保证金声明格式

### 退还报价保证金声明

广东肇建招标有限公司：

我方为\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）谈判所提交的报价保证金\_\_\_\_\_元（大写）（¥\_\_\_\_\_元），已按谈判文件要求于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前以\_\_\_\_\_（付款形式）方式汇入指定账户。请贵司退还时汇入下列账号：

收款名称：\_\_\_\_\_（必须是报价时使用的账户名）

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_（必须是报价时使用的账户）

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_（手机号码）

报价人名称（加盖报价人公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：我方报价保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并加盖报价人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）
---



## 16. 残疾人福利性单位声明函（如适用）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

1、参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，对于满足通知第一点条件的残疾人福利性单位提供上述声明函，并对声明的真实性负责。**如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，参照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。**

**2、不满足条件的报价人无需提供该声明函。**

## 17. 政策适用性说明 (如有)

按照政府采购有关政策的要求, 在本次的技术方案中, 采用符合政策的小型或微型企业产品、监狱企业制造产品、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策, 介绍说明如下:

类别	产品名称	品牌型号	制造商名称	制造商企业类型	所属行业	该产品报价(元)	该产品报价在总报价中占比(%)
小型或微型企业产品							
类别	主要产品/技术名称(规格型号、注册商标)		制造商/开发商		认证证书编号	该产品报价(元)	该产品报价在总报价中占比(%)
节能产品							
环保标志产品							
说明							

注: 1、制造商为小型、微型企业或监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏, 填写内容为“小型”、“微型”或“监狱企业”。

2、“节能产品、环保标志产品”是属于《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购清单》(可查询中国政府采购网, 网址 <http://www.ccgp.gov.cn>) 目录中的**优先采购类别产品**, 须填写认证证书编号, 同时提供有效期内的证书复印件(加盖投标供应商公章)。

3、本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件: 符合小型或微型企业划分标准, 提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物;

4、报价供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》, 并明确企业类型和所属行业, 并提供符合规定的证明材料, 否则评审时不能享受相应的价格扣除;

5、监狱企业视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;

6、残疾人福利单位视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时, 应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

报价人: (报价人公章)

法定代表人或其授权代表签名:

日期: 年 月 日

## 18. 其它文件

A、资信证明(如有);

B、报价人通过 ISO9000 或其它认可的质量体系认证(加盖报价人公章)(如有);

C、最近年企业牵涉的主要诉讼案件(如有);

D、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件(如有要求提供原件的须提供原件, 否则提供复印件加盖公章)。

(四) 技术部分

1. 技术响应表

**技术响应表**

采购项目编号：GDZJ-ZX21052

[说明] 报价人应对照谈判文件要求与报价的实际情况对谈判文件中“用户需求书”的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在在“差异”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报设备的技术参数优于谈判文件中要求，“负偏差”指所报设备的技术参数低于谈判文件中要求），并将差异情况在技术差异表说明。（不填写或漏填的内容，作该条款不响应）

序号	用户需求书条款号	需求书条款题目	响应	差异
1				
2				
3				
.....				

报价人名称（加盖报价人公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



3. 售后服务措施及承诺（格式自定）
4. 供货安装进度安排（格式自定）
5. 货物清单（货物名称、品牌、规格型号、产地等必须与报价经济文件详细配置及货物服务量报价清单的货物名称、品牌、规格型号、产地完全一致）
6. 货物测试和验收（格式自定）
7. 其他文件（格式自定）

### 货物清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	备注	数量
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注：报价人应列明能满足“用户需求书”要求的货物和服务的明细清单。

报价人名称（加盖报价人公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件：评审工作大纲

肇庆市端州区人民医院医疗设备

（项目编号：GDZJ-ZX21052）

# 评审工作大纲

广东肇建招标有限公司

2021年 月 日

## 目录

- 一、总则
- 二、报价文件的初审
- 三、谈判过程
- 四、澄清有关问题与最终报价
- 五、推荐成交候选人名单
- 六、编写评审报告
- 七、注意事项

广东肇建招标有限公司 编制

## 一、总则

### 1. 一般规定

- 1.1 肇庆市端州区人民医院医疗设备（采购项目编号: GDZJ-ZX21052）的采购参照相关法律法规的有关规定进行。
- 1.2 评审必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
- 1.3 采购代理机构（广东肇建招标有限公司）组织谈判、评审工作。
- 1.4 评审按照谈判文件规定的内容进行，采取最低评标价法的评审方法。
- 1.5 本办法的评审对象是指报价人按照谈判文件要求提供的有效报价文件，包括报价人应谈判小组要求对原报价文件作出的正式书面澄清文件。

### 2. 评审组织机构的组成

- 2.1 谈判小组的成员由经济、技术方面专家组成，从专家库中随机抽取产生。
- 2.2 评审工作组由采购人、采购代理机构及有关专家组成，由谈判小组确认，并接受其领导。
- 2.3 评审工作组分成谈判小组、秘书组。
- 2.4 谈判小组应相对独立工作，负责评审、撰写技术、商务评审报告。秘书组负责评审过程中资料的保管、发放及回收，整理、汇总评审资料。

### 3. 谈判小组职责

- 3.1 审查报价文件是否符合谈判文件要求，并作出评价；
- 3.2 要求报价人对报价文件有关事项作出解释或者澄清；
- 3.3 推荐成交候选人名单；
- 3.4 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

### 4. 谈判小组义务

- 4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 4.2 按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
- 4.3 对评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；
- 4.4 参与评审报告的起草；
- 4.5 配合有关部门的投诉处理工作；
- 4.6 配合采购人、采购代理机构答复报价供应商提出的质疑。

### 5. 评审程序

#### 5.1 报价文件的初审

##### （1）资格性检查

谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格。

##### （2）符合性审查

谈判小组根据谈判文件的要求，对所有报价文件进行符合性审查。

5.2 谈判小组与符合相应资格条件的供应商进行谈判。

5.3 本次采购采用一轮或多轮次谈判形式。谈判时,谈判小组与报价人应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。

5.4 最终报价

有效报价人应在谈判小组规定的时间内集中进行最终竞争性报价,一般情况最终报价不能高于上一次报价,最终报价内容须现场公布。

5.5 综合评议

谈判小组采用最低评标价法的评审方法,谈判小组成员根据“……即在符合采购需求、质量和服务相等(所称质量和服务相等,是指供应商提供的产品质量和服务均能满足谈判文件规定的实质性要求)的前提下,以提出最低报价的供应商作为成交供应商”的评审方法,对报价人的报价文件进行综合评议并形成单独评审推荐意见,评定第一、第二和第三成交候选人。

## 二、报价文件的初审

报价文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

(一)、资格性检查是指谈判小组参照相关法律法规和谈判文件的规定,对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查,以确定报价人是否具备报价资格。

资格性检查包含如下内容(加盖报价人公章):

1. 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:

1) 营业执照或其他法人证书(须加载有“统一社会信用代码”)复印件(适用于法人或其他组织),自然人的身份证复印件(适用于自然人)。

2) 2020年财务状况报告(新成立单位可提供成立至今的月或季度财务状况报告或财务报表复印件)或基本开户行出具的资信证明。

3) 投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料。

4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件【填写谈判文件格式:资格声明书】。

5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件【填写谈判文件格式:资格声明书】。

6) 符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明【填写谈判文件格式:资格声明书】。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)投标【填写谈判文件格式:资格声明书】。

3. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标【填写谈判文件格式:资格声明书】。

4. 报价人未被列入“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>)“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”及“中国执行信息网”网站

( <http://zxgk.court.gov.cn/> ) “失信被执行人名单” ; 不处于中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>) “政府采购严重违法失信行为信息记录” 中的禁止参加政府采购活动期间, 否则拒绝其参与政府采购活动 (相关失信记录已失效、处罚期限届满的除外)。报价人需提供上述三个网站的网页查询结果作为证明材料。【采购人、采购代理机构将于投标截止日当天在上述渠道复查报价人的信用记录, 若报价人自查结果与采购人或采购代理机构复查结果不一致, 将以复查结果为准】。

5. 已登记报名并获取本项目谈判文件。
6. 本项目不接受联合体投标。
7. 报价人具有有效的医疗器械生产 (或经营) 企业许可证或备案凭证 (适用于纳入第二类医疗器械管理的产品) 复印件。
8. 报价人所投货物必须满足条件: 报价人所投设备如属医疗设备, 必须提供所投设备有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件。

通过上述资格性检查, 可初步判定报价人的报价文件是否符合谈判文件的要求。对于上述审查内容, 报价人必须响应, 否则其报价文件作废标处理。

(二)、符合性检查分为商务符合性检查和技术符合性检查。

- 1、符合性检查包含下列内容 (加盖报价人公章):
  - 1) 报价函 (报价的有效期满满足谈判文件的要求)
  - 2) 法定代表人证明书及法定代表人授权书 (非法定代表人参加时提供)
  - 3) 按照谈判文件的规定交纳报价保证金
  - 4) 交货期
  - 5) 《合同书》响应表
  - 6) 技术响应表
  - 7) 成交服务费承诺书
  - 8) 报价不超过最高报价限价
  - 9) 无谈判文件规定的报价无效情况

对于上述审查内容, 报价人必须响应, 否则其报价文件作废标处理, 其他分项若有不合格, 将由谈判小组成员确认并进行综合评审。

## 2、商务符合性检查

商务符合性检查是指对通过资格性检查的报价人, 依据谈判文件的规定, 从报价商务部分、经济部分的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行检查, 以确定是否对谈判文件商务部分的实质性要求作出响应。

对报价文件进行商务符合性检查的内容包括:

- (1) 谈判小组先对报价人的主要商务条款进行检查, 如检查报价人商务部分的描述是否正确, 检查报价人的企业规模、信誉情况, 检查报价人的财务状况等, 对报价人提供的所有资格文件, 包括业绩、服务能力等进行检查, 对报价文件中不清楚和不充分的部分将进行澄清。

(2) 检查分类报价明细表并确定有无计算错误, 是否以低于企业成本价报价。对报价人报价表的内容进行算术性校核。主要检查数字填写是否适当、完全和有无计算错误。如有计算错误, 应以单价为准的原则进行价格调整, 无须向报价人说明。并检查报价基础是否一致。报价文件的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以总价金额为准, 并以此为基础计算和修改单价和单价汇总金额; 单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价; 对不同文字文本报价文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

### 3、技术符合性检查

技术符合性检查主要是检查报价文件的技术部分的有效性、完整性, 对谈判文件《用户需求书》是否做出了实质性的响应, 报价文件与谈判文件有无实质性偏差, 以确定其是否为有效的报价文件。谈判小组认真阅读报价文件, 整理资料, 详细列出主要技术服务指标、服务能力条款对照表及偏差表。

对报价文件进行技术符合性检查的内容主要包括:

#### (1) 报价文件技术部分的完整性

对报价人所递交的报价文件技术部分的内容进行检查, 以确定报价人是否已递交谈判文件《用户需求书》要求的有关文件。

#### (2) 审查偏差

对于报价文件提出的偏差或报价人提出的替代方案, 应检查其合理性和可接受性, 是否对基本报价有较大影响的重大偏差。

#### (3) 技术服务内容

检查报价人的技术服务是否满足谈判文件的要求。

(4) 对于报价文件与谈判文件的主要技术条款(指打“★”的条款)无实质性响应的报价人应予以技术废标。实质性响应的报价指的是符合谈判文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指与谈判文件有实质不一致, 限制了合同项下采购人的权利和报价人的义务, 或对该重大偏离的修改对提交实质性响应报价的报价商将不公平。对于报价人提出的正偏离(即有利于采购人的偏离), 不视为无实质性响应谈判文件条款、条件或规格的重大偏离或保留, 将不予以废除成交。谈判小组决定报价文件的响应性是基于报价文件的内容本身而不靠外部的证据。对是否符合实质性响应谈判文件有争议的报价文件, 谈判小组将以记名方式表决, 得票超过半数的报价人才有资格进入下一阶段的评审, 否则将被淘汰。

(5) 谈判小组应当书面要求存在细微偏差的报价人在评审结束前予以补正。细微偏差是指报价文件在实质上响应谈判文件要求, 但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况, 并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

### 三、谈判过程

本次采购采用一轮或多轮次谈判形式。谈判小组与符合相应资格条件的供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。

在谈判过程中对谈判文件实质响应的供应商不足三家时, 该项目作废标处理, 重新采购。

### 四、澄清有关问题与最终报价

在报价文件的商务、技术资格性检查及符合性检查过程中, 报价人可应谈判小组要求对报价文件中有关问题进行书面澄清。该书面澄清作为其报价文件的一部分。

1、对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 谈判小组可以书面形式(由谈判小组专家签字)要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2、报价人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式, 由其授权的代表签字, 并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

3、若重大(实质性)偏差仍存在, 且不可接受, 报价人则被认为是“不响应谈判文件要求的报价人”, 对未作出实质性响应的报价人应实行现场告知, 由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该报价人, 以让其核证、澄清事实不再进入下一步评审。

4、谈判及最终报价

谈判评审当天, 报价人须在谈判小组要求规定时间内集中进行最终竞争性报价(最终报价), 最终报价不能高于上一次报价, 最终报价内容现场公布, 并由报价人的法定代表人或其授权代表人签字确认后方为有效。最终报价是本项目成交的依据。

5、有下列情况之一的, 报价无效:

(1) 报价人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的;

(2) 报价人未按谈判文件要求加盖报价人公章或法定代表人(或法定代表人委托的代理人)印鉴或签名的;

(3) 报价文件提供虚假材料的;

(4) 报价文件未完全满足谈判文件中带“★”号的条款和指标, 或不符合谈判文件的其他要求, 有重大偏离的;

(5) 报价人的相关证件、证明文件的原件、复印件没有按谈判文件规定提交的, 原件与复印件不一致的;

(6) 报价不确定或超过采购预算(最高限价)的;

(7) 报价人未按谈判文件要求交纳报价保证金的;

(8) 评审期间, 报价人没有按谈判小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了报价文件的实质性内容的;

(9) 报价人对采购人、采购代理机构、谈判小组及其工作人员施加影响, 有碍招标公平、公正的;

(10) 按有关法律、法规、规章规定属于成交无效的。

6、谈判小组参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）以及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，为鼓励中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）和监狱企业参与项目报价，对提交符合规定的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的报价人，在通过资格性和符合性审查后，将进行价格评分等的政策支持，**采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。**

参照《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对采购项目中涉及优先采购产品类别的，在通过资格性和符合性审查后，将进行价格评分、技术评分等的政策支持，优先采购品目清单以国家统一发布的为准。采购人确定本采购项目对属于优先采购品目清单中节能产品、环境标志产品的价格分别给予1%的扣除，作为投标评审价格进行价格评审。

符合上述条件的报价人，必须在报价文件中提交完整、准确的证明材料，否则在价格分评审时将不享受价格扣除；

## 五、推荐成交候选人名单

谈判小组进行综合评议。审查有效报价人的报价是否超过最高报价，若超出，予以无效报价处理。

在评审时采用最低评标价法的评审方法，谈判小组成员根据“……即在符合采购需求、质量和服务相等（所称质量和服务相等，是指供应商提供的产品质量和服务均能满足谈判文件规定的实质性要求）的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商”的评审方法，对报价人的报价文件进行综合评议并形成单独评审推荐意见，评定第一、第二和第三成交候选人。

## 六、编写评审报告

谈判小组根据谈判结果撰写评审报告。评审报告是谈判小组根据全体谈判成员签字的原始谈判记录和谈判结果编写的报告，其主要内容包括：

- 1、报价日期和地点；
- 2、购买谈判文件的报价人名单和谈判小组成员名单；
- 3、谈判方法和标准；
- 4、报价记录和评审情况及说明，包括报价无效报价人名单及原因；
- 5、谈判结果和成交人推荐书；
- 6、谈判小组的授标建议。

## 七、注意事项

为确保谈判工作的顺利进行,防止因泄密或其它意外而造成的不良后果及影响,凡参加谈判工作的人员都必须认真执行本规定:

1、在谈判工作期间,所有分发的报价文件、资料等仅限于在评审场所中使用,不得带往其它地方,所有的谈判文件、报价文件、资料等一律编号登记。

2、谈判人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评审内容。

3、谈判人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关谈判内容(如资料、报价文件、报价、谈判方式、谈判小组的决定、谈判组织机构、谈判人员名单等)披露给未参加谈判的任何无关人员,包括上级领导、同级和下级人员,任何与谈判无关的人员(包括亲朋好友和同事)不得进入评审场所。

4、在举行与各报价人的澄清会之前谈判小组应明确参加会议的人员及主谈人。任何需要报价人在澄清会上澄清的问题必须经谈判小组成员签字并由主谈人提出。在澄清期间,对于涉及本规定保密范畴的所有内容,主谈人不得向报价人透露。

5、任何谈判人员和工作人员不得对外公布谈判的一切内容。